

慈濟科技大學貴重及精密儀器設備說明單

儀器照片			
儀器中文名稱	萃取爐控制系統	儀器英文名稱	Extraction furnace control system
儀器廠牌型號	佳佑 REVELRIS X2	購置年限	1030704
放置地點	分子輻射實驗室、慈善農耕人才培育中心		
儀器功能	中草藥萃取		
重要規格	烘箱式，型號：OV-SCF，系統溫度控制：室溫至220度 C，系統壓力控制：操作壓力500bar，含60ml 高壓不銹鋼萃取槽*1支，廠牌/製造國：TST/台灣		
申請使用條件	<input type="checkbox"/> 1. 需具備使用執照 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 需完成儀器操作訓練(安全教育訓練)..... <u> 1 </u> 小時 <input type="checkbox"/> 3. 需經儀器保管人確認申請者之儀器操作技術..... <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4. 其他：		
儀器負責人	姓名	劉威忠	
	連絡電話	03-8572158轉2642	
注意事項	請依照本校「貴重及精密儀器中心設置暨管理辦法」、「修繕作業管理辦法」、「實驗(習)室安全衛生管理作業要點」…等相關辦法。有關修繕的部分各設備皆是依本校「修繕作業管理辦法」辦理。		